

品 質 規 格

PBS (-) (コード ; 2101、2102)

項目	方法	規格値
色調	目視	無色透明
pH	ガラス電極法*	7.3~7.5
浸透圧	凝固点降下法*	280±5 mOsm/kg H ₂ O
エンドトキシン	カイネティック比色法*	0.01EU/ml 以下
無菌試験	メンブランフィルター法*	陰性

* : 日本薬局方に準拠